

仕 様 書

京都市教育委員会事務局体育健康教育室

(担当：桐畑、西村 電話 075-708-5321)

件 名	オージオメータ点検・調整（児童・生徒定期健康診断）
契 約 期 間	契約の日の翌日 ～ 令和7年3月19日
契 約 条 件	<p>1 点検・調整項目については、J I S T 1 2 0 1 - 1 に準じたうえで、実施すること。</p> <p>2 調整不能品については、検査成績書及び理由書を添付し、返品すること。</p> <p>3 器具の収集については、業者（以下「乙」という）において、令和7年1月10日～同年1月28日までに行うこととする。</p> <p>4 器具の点検・調整後の納品については、乙において、令和7年3月3日～同年3月19日までに行うこととする。</p> <p>5 上記「3、4」の日程調整については、乙において、別紙の学校と行うこととする。</p> <p>6 点検調整終了後、J Q A（一般財団法人日本品質保証機構）が発行する校正証明書、合格証等を添付したうえで、速やかに納品するとともに、京都市教育委員会事務局体育健康教育室（以下「甲」という）へ報告すること。 なお、甲への報告には、学校名・台数・機種名・当該校の受領等が分かるものを報告すること。</p> <p>7 移送中及び保管中に生じた破損・損傷、その他一切の損害については、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害については、この限りではない。</p> <p>8 乙は、契約事項の実施にあたっては、甲の指示・監督に従うこと。 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、双方協議のうえ、その都度決定する。 なお、この場合において、協議が整わないときは、甲の決定するところによる。</p> <p>9 点検・調整終了後、乙の請求に基づき支払うものとする。</p>

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。

【令和6年度】オージオメータ点検・調整 対象機器

○点検予定台数	76台
(内 訳)	
【幼稚園】	0台
【小学校】	42台
【中学校】	26台
【小中学校】	2台
【高等学校】	0台
【総合支援学校】	6台
[詳細については、下記表のとおり]	

■別表1 型式別詳細

メーカー	型 式	台 数	備 考
ミナト医科学株式会社	D	1	
	ND-2	12	
	ND-GK1	7	
	ND-S	18	
株式会社ヤガミ	ND-NJ1	4	
	ND-NJ2	1	
	YAM-1	7	
	YAM-2	1	
	YH-1W	10	
	Y-IN	1	
日本医療器研究所	NC-1	9	
	NCA-1	2	
	NCA-2	1	
株式会社ミワテック	NMD-1	1	
リオン株式会社	AA-76	1	

■別表2 学校別詳細

学校名	1人用	2人用	5人用	メーカー	品番	備考
朱雀第三小学校	●			ミナト医科学株式会社	D	
朱雀第六小学校	●			日本医療器研究所	NCA-1	
朱雀第七小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
朱雀第八小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
下京涉成小学校		●		日本医療器研究所	NCA-2	
下京雅小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
光徳小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
西大路小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
九条弘道小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
九条塔南小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
南大内小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
祥豊小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
岩倉南小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
八瀬小学校	●			株式会社ヤガミ	ND-NJ1	
北白川小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
養正小学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
葵小学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
修学院小学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
西野小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
鏡山小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
勸修小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
大宅小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
嵯峨小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
嵯峨野小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
梅津北小学校	●			株式会社ヤガミ	ND-NJ1	
西京極西小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
檜原小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
嵐山東小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
桂東小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
大枝小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
深草小学校	●			株式会社ヤガミ	ND-NJ1	
砂川小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
竹田小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
醍醐小学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
小栗栖宮山小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
日野小学校	●			日本医療器研究所	NCA-1	
伏見板橋小学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
下鳥羽小学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
向島小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
向島藤の木小学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	
神川小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
明親小学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
旭丘中学校		●		株式会社ヤガミ	YAM-2	
烏丸中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
嘉楽中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
北野中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
京都御池中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
中京中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
松原中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
下京中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
洛友中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
九条中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
岡崎中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
高野中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
下鴨中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
修学院中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-GK1	
山科中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
大宅中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
音羽中学校	●			株式会社ヤガミ	ND-NJ1	
蜂ヶ岡中学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
太秦中学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
嵯峨中学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
梅津中学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
双ヶ丘中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
桂中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
桂川中学校		●		株式会社ヤガミ	ND-NJ2	
檜原中学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
向島東中学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-2	
凌風小中学校	●			株式会社ヤガミ	YH-1W	
宕陰小中学校	●			日本医療器研究所	NC-1	
北総合支援学校	●			株式会社ミワテック	NMD-1	
白河総合支援学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
東山総合支援学校	●			ミナト医科学株式会社	ND-S	
東総合支援学校	●			リオン株式会社	AA-76	
西総合支援学校	●			株式会社ヤガミ	Y-IN	
呉竹総合支援学校	●			株式会社ヤガミ	YAM-1	