

自動式人工呼吸器仕様書

京都市消防局警防部救急課

(担当 川勝、今西 212-6759)

本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する自動式人工呼吸器の仕様について定めたものである。

1 品名

自動式人工呼吸器

機種指定品：ワコー商事 メデュマット・イージー・CPR

2 構成

自動式人工呼吸器

(1) 本体部

(2) 付属品（1台あたり）

ア 患者ホース 1本

イ ホースケース 1個

ウ 患者バルブ 1個

エ MEDUトリガー 1個

オ 患者マスク サイズ5 1個

カ 酸素供給ホース 1本

キ ウォールマウント 1個

ク 機能テストキット 1個

ケ ハンドル付き車載脱着用金具 1個

3 取扱説明

受注者は、納入後、当局の指定する職員に対して、取扱いの説明を十分に行うこと。

4 保証

受注者は、納入後、2年目から8年目までの間に2年ごとに機器の性能管理・維持を目的とする定期点検を実施すること。点検時には、本体の専用バッテリーを交換し、定期点検の結果について当局担当者へ提出すること。また、納入後1年間に故障等の異常が発生した場合（当局の責に帰さない事由によるものに限る。）は、無償でこれを修理、又は取替え、その他必要な処置を講じること。

5 数量

1台

6 期日

契約の日の翌日から令和8年11月27日（金）まで

7 納入検査

納入検査を納入時に実施すること

8 納入場所

京都市消防局 警防部救急課

京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2