

仕 様 書

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課

(担当 義平・石原 電話：２２２－３４１９)

件 名	胸部検診撮影機器スポット点検業務委託
契 約 期 間	契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで
契 約 条 件	1 履行内容 (1) 点検回数 各施設１回 (2) 点検項目 ア X線高電圧装置キャビネット内の点検及び清掃の実施 イ 撮影電圧、撮影電流 精度確認 ウ 各部動作確認、各駆動部注油清掃実施 (3) その他 ア 消耗品代（X線管球等）は別途請求に応じて支払うものとする。 イ 検出器はキャリブレーションなどの動作確認のみとする。 ウ 高圧プラグパッキン、高圧ケーブル用シリコングリス、照射用ハロゲンランプの交換を含む。 2 対象施設及び対象機器 別表のとおり。 3 点検日時 京都市（各保健福祉センター）と受託者で協議して決定すること。 4 点検報告 点検完了後、「点検済証」を装置に貼付し、保守点検報告書（各区役所・支所に加え、当課には全区役所・支所分）を提出すること。 5 その他 (1) 本仕様に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は、別途契約する。 (2) 今年度の決定業者は次年度の受託者に当該年度の点検結果等を適正に引き継ぐこと。 (3) 受託者は、作業従事者が自社社員として雇用されていることを証明できる書類（公的機関が発行する証明書等）を速やかに提出すること。

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。

対象施設及び対象機器

No	施設名	所在地	機器名	メーカー	形式
1	京都市 北区役所 保健福祉セ ンター	京都市北区紫野東御 所田町33-1	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200 (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120 (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-55G
2	京都市 上京区役所 保健福祉セ ンター	京都市上京区今出川 通室町西入堀出シ町 285	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200M (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120M (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-401G
3	京都市 左京区役所 保健福祉セ ンター	京都市左京区松ヶ崎 堂ノ上町7-2	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200 (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120 (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-55G
4	京都市 中京区役所 保健福祉セ ンター	京都市中京区西堀川 通御池下る西三坊堀 川町521	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200 (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120 (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-401G
5	京都市 東山区役所 保健福祉セ ンター	京都市東山区清水五 丁目130-6	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200 (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120 (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-70GW
6	京都市 山科区役所 保健福祉セ ンター	京都市山科区柳辻池 尻町14-2	X線発生装置	島津製作所	ZUD-L40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200M
			立位撮影台	島津製作所	BR-120M
			検出器	キャノン	CXDI-401GW
7	京都市 下京区役所 保健福祉セ ンター	京都市下京区西洞院 通塩小路上る東塩小 路町608-8	X線発生装置	島津製作所	UD150L-45
			管球保持装置	島津製作所	CH-200 (連動機能)
			立位撮影台	島津製作所	BR-120 (連動機能)
			検出器	キャノン	CXDI-401GW
8	京都市 南区役所 保健福祉セ ンター	京都市南区西九条南 田町1-2	X線発生装置	島津製作所	ZUD-L40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200M
			立位撮影台	島津製作所	BR-120M
			検出器	キャノン	CXDI-401GW

No	施設名	所在地	機器名	メーカー	形式
9	京都市 右京区役所 保健福祉セ ンター	京都市右京区太秦下 刑部町12	X線発生装置	島津製作所	ZUD-L40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200M
			立位撮影台	島津製作所	BR-120M
			検出器	キャノン	CXDI-401GW
10	京都市 西京区役所 保健福祉セ ンター	京都市西京区上桂森 下町25-1	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200（連動機能）
			立位撮影台	島津製作所	BR-120（連動機能）
			検出器	キャノン	CXDI-55G
11	京都市 西京区役所 洛西支所 保健福祉セ ンター	京都市西京区大原野 東境谷町二丁目1-2 洛西センタープラザビル	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200（連動機能）
12	京都市 伏見区役所 保健福祉セ ンター	京都市伏見区鷹匠町 39-2	X線発生装置	島津製作所	ZUD-L40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200M
			立位撮影台	島津製作所	BR-120M
13	京都市 伏見区役所 深草支所 保健福祉セ ンター	京都市伏見 区深草向畑町93-1	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200（連動機能）
			立位撮影台	島津製作所	BR-120（連動機能）
			検出器	キャノン	CXDI-401GW
14	京都市 伏見区役所 醍醐支所 保健福祉セ ンター	京都市伏見区醍醐大 構町28	X線発生装置	島津製作所	UD150L-40
			管球保持装置	島津製作所	CH-200（連動機能）
			立位撮影台	島津製作所	BR-120（連動機能）
			検出器	キャノン	CXDI-401G