

喉頭鏡一式仕様書

京都市消防局警防部救急課

(担当 川勝、今西 212-6759)

本仕様書は、当局に納入する喉頭鏡一式について定めるものである。

1 規格

当局に納入される喉頭鏡一式が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する規格で定める医療機器として、適性であること。

2 仕様

- (1) ハンドルとブレードの脱着が可能であること。
- (2) ハンドルはスタンダードタイプで、電源は乾電池式であること。
- (3) ハンドルとブレードは、金属性で統一規格（グリーンスペック）であること。
- (4) ブレードとファイバーの脱着時に第3品が発生しないこと。
- (5) マッキントッシュ型のブレードであること。
- (6) ウェルチアレン喉頭鏡（イングリッシュ・マッキントッシュ型）又は同等品。

3 納入する器材の内訳及び数量

- | | | |
|----------|------------------|-----|
| (1) ハンドル | スタンダードタイプ | 1 器 |
| (2) ブレード | サイズ70mm (±10mm) | 1 本 |
| (3) ブレード | サイズ90mm (±10mm) | 1 本 |
| (4) ブレード | サイズ110mm (±10mm) | 1 本 |
| (5) ブレード | サイズ140mm (±10mm) | 1 本 |

4 保証

受注業者は、納入後1年以内に故障等が発生した場合（当局の責に帰さない事由によるものに限る。）は、無償で修理または取替等の必要な措置を行わなければならない。

5 納入場所

京都市消防局警防部救急課 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2

6 納入期限

契約の日の翌日から令和8年11月27日（金）まで

7 見積書の提出方法

- (1) 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
- (2) 見積書には担当者の氏名（フルネーム）と連絡先を記載してください。
- (3) 押印のない見積書であっても、担当者の氏名及び連絡先が記載されており、その真正性を確認することができた場合には、押印のある見積書に代えることができます。
- (4) 見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記して

別紙

ください。

- (5) 見積書は、6月15日までに、FAX（075-212-6748）、電子メール（kyukyu@city.kyoto.lg.jp）、郵送又は持参のいずれかの方法により、担当者（川勝、今西）まで提出してください。

8 その他

- (1) 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので、御了承ください。
- (2) この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議してください。