

京都市消防局警防部救急課
(担当 今西、川勝 212-6759)

オゾン式除菌器の保守点検（部品の定期交換）仕様書

1 概要

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）において配置するオゾン式除菌器（株式会社タムラテコ）の保守点検（部品の定期交換）の仕様について定めるものである。

2 一般事項

- (1) 部品交換作業において、履行場所において作業を完結できない場合は、代替器を用意したうえで、機器を他の場所へ移動させること。
- (2) 契約後、速やかに当局担当者と細部について打ち合わせを行い、作業日程を決定すること。

3 委託内容

オゾン式除菌器 BT-088
オゾン濃度センサー先端モジュールの交換（保守点検含む。）

4 検収

- (1) 交換が完了したときは、速やかに当局の検査を受けること。
- (2) 検査不合格の場合は、当局の指示する期間内に所要の手直し又は再整備を行い、再度検査を受けること。

5 実施台数

2台

6 履行場所

消防署名	住所	電話番号
南消防署	京都市南区西九条菅田町 4-1	075-681-0711
右京消防署	京都市右京区太秦蜂岡町 36	075-871-0119

7 履行期限

契約の翌日から令和9年3月19日（金）まで

8 見積書の提出方法

- (1) 見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
- (2) 見積書には担当者の氏名（フルネーム）と連絡先を記載してください。
- (3) 押印のない見積書であっても、担当者の氏名及び連絡先が記載されており、その真正性を確認することができた場合には、押印のある見積書に代えることができます。
- (4) 見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。

- (5) 見積書は、〇〇月〇〇日までに、FAX（０７５－２１２－６７４８）、電子メール（kyukyu@city.kyoto.lg.jp）、郵送又は持参のいずれかの方法により、担当者（川勝、今西）まで提出してください。

9 その他

- (1) 契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので、御了承ください。
- (2) この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当局担当者と協議してください。