

# 仕 様 書

保健福祉局医療衛生企画課

(担当 橋本 電話 222-4272)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件 名     | 可搬型ガス検知警報器の点検                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 期 間 | 契約締結後すぐ ～ 令和 8 年 1 1 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 条 件 | <p>【可搬型ガス検知警報器】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ GX-2012TYPE:A/H</li></ul> <p>【点検内容】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 定期点検</li><li>・ 部品交換</li></ul> <p>【交換部品】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 酸素センサー OS-BM2</li><li>・ 可燃性ガスセンサー NC-6264AZP</li><li>・ 可燃性ガスセンサー TE-7561</li><li>・ 硫化水素センサー ES-1827i (1827iF)</li><li>・ 一酸化炭素センサー ES-1821</li><li>・ 可燃性ガス用フィルター CF-6264</li><li>・ 一酸化炭素用フィルター CF-1821 (調湿フィルター CF-1821)</li><li>・ フィルタ PF060</li><li>・ アルカリ乾電池 単 3 型</li></ul> <p>【納品方法】</p> <p>(納品期日) 令和 8 年 1 1 月 3 0 日 (月)</p> <p>(納 品 先) 医療衛生企画課<br/>京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 4 8 8 番地<br/>北庁舎 3 階</p> <p>【その他】</p> <p>業務遂行上、疑義等が生じたときは、その都度、京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課と協議すること。</p> |