

令和 8 年度京都市北部クリーンセンターガス検知器点検及び校正

北部クリーンセンター 施設係
前田、志村

【詳細仕様】

新コスモス電機株式会社製ガス検知器 XP-302M(製番:52514197)の点検及び校正について、
以下の内容で見積をお願いいたします。

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| 1 | メーカー点検校正 | 1 台 |
| 2 | 交換部品 | |
| | ・センサユニット（4 ガス） | 1 個 |
| | ・フィルタ（F E－2） | 2 枚 |
| | ・単三アルカリ電池 4 本 | 1 組 |
| 3 | 文書発行 | |
| | ・検査結果報告書（新コスモス電機株式会社様式番号:VA-0202） | 1 部 |
| 4 | 諸経費 | 1 式 |

5 注意事項

- ・見積書の宛先は「京都市長」としてください。
- ・契約させていただく業者様のみに連絡させていただきます。
- ・見積書は、F A X、電子メール、郵送、持参のいずれかで担当者宛に提出してください。
- ・見積書には本市に登録した業者名、所在地、代表者名、電話番号、担当者の氏名及び連絡先を明記してください。
- ・提出先：〒616-8261 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町 27 番地
京都市北部クリーンセンター 施設係 担当者宛
- ・見積額は可能な限り税抜き金額を記載し、その旨を明記してください。
- ・市外業者様は参加できません。
- ・機器受取・納品日時を事前に担当者に連絡してください。また、時間は 9 時から 11 時 30 分もしくは 13 時から 16 時 30 分の間とってください。
- ・校正は令和 8 年 10 月中に実施するように調整してください。
- ・トレーサビリティ証明書の提出は不要です。