校正番号　812371

発 行 日　2025年6月24日

校 正 試 験 成 績 書

御依頼者　京都市中央卸売市場第二市場

製品名　標準ハンディ白金温度計
白金標準センサ

株式会社サーモポート
校正サービス課

承認	校正者
安達	安達

型式　ＴＰ－８００ＰＴ
ＰＴＰ－１５０

製造番号　８０００００４４（ＴＰ－８００ＰＴ）
１５０００７９（ＰＴＰ－１５０）

校正年月日　2025年6月23日

上記製品の校正試験成績は下記の通りです。

試験温度	指示値	器差
0 ℃	0.06 ℃	+0.06 ℃
100 ℃	100.19 ℃	+0.19 ℃
200 ℃	199.99 ℃	-0.01 ℃

校正時室温　24.0 ℃

この試験に関する標準器は以下の通りです。

使用標準器名称	／　型式	製造番号
ディジタルマルチ温度計	／Model　7563	27E735392
白金測温抵抗体	／NR-351-100S-2-3.2-400-2000ED-A-4-M6Y	5106125-001

発 行 日　2025年6月24日

校 正 証 明 書

御依頼者　京都市中央卸売市場第二市場

製品名　標準ハンディ白金温度計
白金標準センサ

型式　ＴＰ－８００ＰＴ
ＰＴＰ－１５０

製造番号　８０００００４４（ＴＰ－８００ＰＴ）
１５００００７９（ＰＴＰ－１５０）

校正年月日　2025年6月23日

上記製品の測定は、弊社の校正試験実施手順書に基づき校正を実施しています。校正に用いた使用標準器は、日本電気計器検定所をはじめとする公的校正機関を通じて、産業技術総合研究所の国家計量標準に対してトレーサビリティがとれていることを証明いたします。

当社使用標準器

使用標準器名称	／ 型式	製造番号
ディジタルマルチ温度計	／Model 7563	27E735392
白金測温抵抗体	／NR-351-100S-2-3.2-400-2000ED-A-4-M6Y	5106125-001

株式会社サーモポート
〒337-0005　埼玉県さいたま市見沼区大字小深作４２－２

発 行 日　2025年6月24日

トレーサビリティ体系図

国家標準	特定標準器（産業技術総合研究所）
指定校正機関	特定副標準器（日本電気計器検定所）
標準供給機関	メーカー（株式会社ネツシン）
標準器	ディジタルマルチ温度計　Model：７５６３ 白金測温抵抗体　Model：NR-351-100S-2-3.2-400-2000ED-A-4－M6Y
	校正依頼品

※校正番号　８１２３７１

株式会社サーモポート
〒337-0005 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作４２－２