作 業 報 告 書
（ 修 理 保 証 書 ）

受付No. 0072502337
発行日：2025/06/13

御依頼品を下記の通り作業いたしましたので
お受け取り後は速やかに動作確認をお願いいたします。

受付日：2025 年 06 月 06 日

型式： ５２０４

製造番号：0001039

故障症状： 異常なし

共立電気計器株式会社
サービスセンター
愛媛県西予市宇和町坂戸４８０
TEL 0894-62-1172

検査	修理
田中	山田

故障個所	作業内容	数量
	５２０４　校正費	1
	再調整	1
	機能・確度点検、出荷検査	1
	５２０４　調整	1
	校正書類３点セット	1

≪ 備考欄 ≫

精度チェック、各部点検、再調整、校正、出荷前検査

※ 御返却しました製品について ※

・お受取後、速やかに動作確認をお願い致します。
　もし、不具合が御座いましたら、代理店もしくは弊社まで早急にお申し出下さい。
・修理個所に対する保証期間は、修理完了日より６ヶ月間です。
　返却後の落下および輸送上の損傷、誤使用による損傷を除き同一部品の不具合が発生した場合は、
　無償にて修理対応させて頂きます。
・本報告書は、修理保証書兼用となっておりますので大切に保管して下さい。
・お預かりした製品は、弊社の定めるトレーサビリティに基づいた試験器により確度チェックを行っております。

この用紙には不正防止の処理を施してあります。

試 験 成 績 書
Test Certificate

製品名称 Product Name : デジタル照度計 Digital luminometer
型 名 Model Name : KEW5204

校正日 Calibration Date : 2025-06-13
製造番号 Serial Number : 0001039

共立電気計器株式会社
KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

上記現品の試験成績は下記のとおりです。
This certificate confirms that the product listed above has passed the following tests.

照度/Illuminance

レンジ/Ranges	測定範囲/Measuring Ranges	確度/Accuracy
200 lux	0 ～ 199.9 lux	±4%rdg±5dgt
2000 lux	1 ～ 1999 lux	
20000 lux	10 ～ 19990 lux	

温度・湿度 Temp. & Hum. : 24.5 ℃ & 65 %　検査者 Inspected by : 田中　承認者 Approved by :

測定レンジ/Measuring Range	計器表示 /Indication	許容範囲/Allowance	校正値 / Calibration value
200 lx	90 lx	85.9 ～ 94.1 lx	90.0 lx
2000 lx	900 lx	859 ～ 941 lx	889 lx
20000 lx *	2000 lx	1870 ～ 2130 lx	1980 lx
		判 定/Result : 合格 / Pass	

＊ 20000lxレンジは最下桁0固定
＊ 20000 lx range is fixed at the lowest digit 0.

この用紙には不正防止の処理を施してあります。

この用紙には不正防止の処理を施してあります。

証明書番号
Issue Number : 0001039

発行年月日
Issue Date : 2025-06-13

校 正 証 明 書
Calibration Certificate

共立電気計器株式会社
KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

顧客名
Customer Name : 京都市長

製品名称
Product Name : デジタル照度計
Digital luminometer

型 名
Model Name : KEW5204

製造番号
Serial Number : 0001039

校 正 日
Calibration Date : 2025-06-13

上記の製品は当社の規定によって校正され、検査または試験の結果は仕様を満足しています。この校正に使用する標準器は下記のとおりであり、これらは当社の校正体系に従って日本の国家標準である産業技術総合研究所および国家検定機関である日本電気検定所、あるいは米国国立標準研究所等の公的機関とトレーサビリティがとられていることを証明いたします。
The above product has been calibrated under our company's regulation and the results of inspection or test satisfy the requirements of specifications. The standards used for this calibration are as shown below. This is to certify that these devices are traceable in accordance with our internal calibration system to National Institute of Advanced Industry and Science Technology (AIST), Japan Electric Meters Inspection Corporation (JEMIC) and public organizations like National Institute of Standards and Technology (NIST), etc.

1. 作業用計測器一覧/Working Standards List

名 称 Description	型 名 Model Name	登録番号 Identification No.	校正有効期限 Cal. Expiration date
作業用電球 Light Bulb for work	TOSHIBA PR100V500WPSE39	EA105	2025-10-15

2. 照合用標準器一覧/Reference Standards List

名 称 Description	型 名 Model Name	製造番号 Serial No.	校正有効期限 Cal. Expiration date
デジタル照度計 Digital Lux Meter	YOKOGAWA 51012	180030	2026-04-20

この用紙には不正防止の処理を施してあります。

発行年月日
Issue Date ： 2025-06-13

顧客名
Customer Name ： 京都市長

共立電気計器株式会社
KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

電気計測器の校正系統図
Calibration System for Electrical Measuring Instruments

産業技術総合研究所(AIST)
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

日本電気計器検定所(JEMIC)
Japan Electric Meters Inspection Corporation

校正依頼先
Calibration Laboratories

日本品質保証機構(JQA)
Japan Quality Assurance Organization

照合用標準器
Reference Standards

デジタル照度計
Digital Lux Meter
YOKOGAWA 51012

作業用標準器
Working Standards

作業用電球
Light Bulb for work
TOSHIBA PR100V500WPSE39

納入製品
Product

照 度 計
luminometer
型名/Model Name : KEW5204　製造番号/Serial Number: 0001039