

仕様書の訂正について

物品名	水質第1課 自動固相抽出装置点検整備
履行場所	水質管理センター水質第1課

NO.	正誤箇所(図面番号・仕様書番号等)	× 誤	○ 正
1	仕様書 第3 特記事項 4 作業内容 (2) 点検整備作業 内容 イ 部品交換	ASPE899 (2019年設置点検スタンダード対象) (ア) シリンジ4方バルブラインチューブ (6030-89924) (イ) シリンジポンプ用バルブ (6030-89910) (ウ) HVXM8-5 溶媒切替バルブ (6030-89909) (エ) 吸引ろ過ピンホース接続コネクターセット (5010-50029)	ASPE899 (2019年設置点検スタンダード対象) (ア) アクアトレス用10mLシリンジ (6030-89911) (イ) ドレインチューブ (6030-89915) (ウ) サンプルラインチューブ (6030-79922) (エ) 固相ラインチューブ (6030-50124) (オ) HVXM4-5 SPECIAL 切替バルブ (6030-50101)