

電子天秤（水質第2課） 購入仕様書

（令和8年度）

京都市上下水道局技術監理室水質管理センター水質第2課

電子天秤（水質第2課）購入仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、京都市上下水道局技術監理室水質管理センター水質第2課（吉祥院分室、伏見分室、石田分室）における電子天秤の購入に適用する。

2 納入場所

- (1) 鳥羽水環境保全センター 吉祥院支所（当課吉祥院分室）
京都市南区吉祥院東浦町 1
- (2) 伏見水環境保全センター（当課伏見分室）
京都市伏見区横大路千両松町 255
- (3) 石田水環境保全センター（当課石田分室）
京都市伏見区石田西ノ坪 2

3 納入期限

納入の期間は、契約締結後 120 日以内とする。

なお、納入日については納入の 2 週間前までを目途に担当者と打ち合わせることとする。

4 購入物品

表 1 に示す物品を購入し、「2 納入場所」で示した 3 か所の納入場所(1)～(3)にそれぞれ 1 台ずつ搬入し据え付けること。なお、各納入場所での具体的な設置場所は担当者の指示に従うこととし、必要となる電気配線等の設置は請負者が行うものとする。

表 1. 購入物品

	品物	数量
1	電子天秤 (ザルトリウス・ジャパン ラボ用電子天秤 Entris II BCA324I-1SJ) なお、上記には以下の付属物を含むものとする ・出荷時 JCSS 校正証明書 1 台につき 1 式 ・取扱説明書（日本語） 1 台につき 1 部	計 3 台
2	プリンター※	計 3 台

※プリンターの仕様について

- ・上記電子天秤の測定結果を印字できるもの。
- ・普通紙に印字できるもの。

5 疑義の確認

本仕様書の内容に疑義が生じた場合は入札前に現場調査等必要な対応をしておくこと。

なお、本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、当課と協議の上、その決定に従うものとする。

6 動作確認等

請負者は、電子天秤の据付け後、担当者立ち会いの上、装置の動作確認を行うこと。

なお、動作確認の際に異常が発見された場合は、担当者の指示に従い、速やかに対応すること。

7 操作説明等

請負者は本機器の保証書及び日本語の取扱説明書を 1 台につき 1 部ずつを紙で提出すること。なお、取扱説明書が CD-ROM 等で添付されている場合は、CD-ROM 及び紙で提出すること。

8 機器の保証

納入後 1 年間の保証期間を有すること。

9 提出書類

納品後に下記の書類を提出すること。

ア 納品書

イ 請求書